



ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๖ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลราชวิถี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๖ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๓๙,๑๕๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. วัสดุหัวจี๊ดตัดสมาร์ทไบโพลาร์ แบบกรรไกรโค้ง สำหรับการผ่าตัดแบบเปิดและผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic Surgery)	จำนวน	๓	รายการ
๒. วัสดุหัวจี๊ดตัดสมาร์ทไบโพลาร์ แบบกรรไกรโค้งปากใหญ่ สำหรับการผ่าตัดแบบเปิด	จำนวน	๑	รายการ
๓. วัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ชนิดปลายปากมน สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง และผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง	จำนวน	๒	รายการ
๔. วัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ชนิดปลายปากโค้ง สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง และผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง	จำนวน	๒	รายการ
๕. วัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ปากขนาดใหญ่ สำหรับการผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง	จำนวน	๑	รายการ
๖. วัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ปากขนาดเล็ก สำหรับการผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง	จำนวน	๑	รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อีเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี ณ วันประกาศประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอีเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอีเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอีเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.rajavithi.go.th](http://www.rajavithi.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๐๖ ๒๙๐๐ ต่อ ๕๐๘๐๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔



(นายสมเกียรติ ลลิตวงศา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๒๓๒/๒๕๖๔

การซื้อวัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๖ กลุ่ม

ตามประกาศ โรงพยาบาลราชวิถี

ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑. วัสดุหัวจัดตัดสมาร์ทไบโพลาร์ แบบกรรไกรโค้ง สำหรับการผ่าตัดแบบเปิดและผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic Surgery)	จำนวน	๓	รายการ
๒. วัสดุหัวจัดตัดสมาร์ทไบโพลาร์ แบบกรรไกรโค้งปากใหญ่ สำหรับการผ่าตัดแบบเปิด	จำนวน	๑	รายการ
๓. วัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ชนิดปลายปากมน สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง และผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง	จำนวน	๒	รายการ
๔. วัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ชนิดปลายปากโค้ง สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง และผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง	จำนวน	๒	รายการ
๕. วัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ปากขนาดใหญ่ สำหรับการผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง	จำนวน	๑	รายการ
๖. วัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ปากขนาดเล็ก สำหรับการผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง	จำนวน	๑	รายการ

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ ใบเสนอราคากลุ่มที่ ๑

๑.๘ ใบเสนอราคากลุ่มที่ ๒

๑.๙ ใบเสนอราคากลุ่มที่ ๓

๑.๑๐ ใบเสนอราคากลุ่มที่ ๔

๑.๑๑ ใบเสนอราคากลุ่มที่ ๕

๑.๑๒ ใบเสนอราคากลุ่มที่ ๖

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดัง

กล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม วน  
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล  
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง  
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด  
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด  
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย  
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่น  
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว  
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา  
ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา  
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด  
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document  
Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ  
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)  
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ

(๓.๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

(๓.๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือ สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลราชวิถี

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุ เชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๖ กลุ่ม ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๑ วัน

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน รายการละ ๑ ชิ้น และ/หรือ รายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ กรม กำหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลราชวิถี

ทั้งนี้ กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้น

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๑ วัน

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน รายการละ ๓ ชิ้น และ/หรือ รายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ กรม กำหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลราชวิถี

ทั้งนี้ กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้น



แต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กรม

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจากราคาต่อหน่วย

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม
- (๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอมัน้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาข้อเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ กรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ากรรยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่มัน้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำมัน้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาข้อ่า ให้พิจารณาจากเอกสารสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีได้ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

๖. การทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อกรรมจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาตั้งระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาตามแบบสัญญาตั้งระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่เงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรม จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอมือที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และกรม ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณตามแบบตั้งระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ กรม ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับการอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกหรือให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่

จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว



เงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๖ กลุ่ม  
กลุ่มที่ ๑ วัสดุหัวจี้ตัดสมาร์ทไบโพลาร์ แบบกรรไกรโค้ง สำหรับการผ่าตัดแบบเปิด

และผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic Surgery)

๑. ความต้องการ วัสดุหัวจี้ตัดสมาร์ทไบโพลาร์ แบบกรรไกรโค้ง สำหรับการผ่าตัดแบบเปิด และผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic Surgery) จำนวน ๓ รายการ
๒. วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับจี้และตัดเนื้อเยื่อโดยใช้ประกอบกับเครื่องจี้ตัดความถี่สูง เพื่อห้ามเลือดขณะทำงาน ในการผ่าตัดแบบเปิดทั่วไป (Open Surgery) และผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic Surgery)

๓. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ ใช้สำหรับจี้ ตัดเนื้อเยื่อ และจี้ห้ามเลือดในการผ่าตัดแบบเปิดทั่วไป (Open Surgery) และผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic Surgery)
- ๓.๒ ผ่านการฆ่าเชื้อพร้อมระเบียบวิธีการฆ่าเชื้อ ระบุวันหมดอายุไว้ชัดเจน ทั้งบนซองแต่ละซอง และกล่องบรรจุ
- ๓.๓ มีการบรรจุ หรือหีบห่ออย่างมิดชิด ป้องกันอากาศหรือความชื้นเข้าได้ ถ้ามีปัญหาก่อนใช้งาน เช่น ห่อ บรรจุ ชำรุดเสียหาย เครื่องมือใช้งานไม่ได้ บริษัทยินดีเปลี่ยนให้ใหม่
- ๓.๔ ซองบรรจุชั้นนอกสามารถเปิดใช้ได้ด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อที่ง่ายสะดวก มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคน้อยที่สุด

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๔.๑ ปากเครื่องมือ (jaw) จะมีปุ่มเล็กๆ (Atraumatic Teeth) สำหรับจับยึดเนื้อเยื่อได้อย่างมั่นคง
- ๔.๒ ที่ด้ามในปากเครื่องมือด้านบนมีวัสดุพิเศษ เรียกว่า PTC (Positive Temperature Coefficient) ช่วยควบคุมอุณหภูมิที่เกิดจากการจี้ ไม่เกิน ๑๐๐ องศาเซลเซียส ลดการเกิดควั่นเนื้อเยื่อไหม้เกรียมติดที่ปากจับ
- ๔.๓ แกนกลางมีร่องสำหรับให้ใบมีดวิ่งไปปิดตัดลักษณะเป็นรูปตัว I ช่วยในการกดบีบเนื้อเยื่อให้มีความสม่ำเสมอตลอดแนว ทำให้สามารถตัดและเชื่อมปิดเส้นเลือดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗ มม.
- ๔.๔ โครงสร้างของปากจับมีการออกแบบการจัดวาง Electrode แบบพิเศษ (Offset Electrode) และมีฉนวนควบคุมความร้อนให้อยู่ภายในปากจับ ทำให้ความร้อนกระจายออกจากรอบนอกของปากจับประมาณ ๑ มม. ลดการถูกทำลายของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะข้างเคียงจากการกระจายของความร้อน
- ๔.๕ แพทย์สามารถกดปุ่มควบคุมการทำงานของหัวจี้ตัดได้ทั้งมือ (Hand Activate) และเท้า (Footswitch)
- ๔.๖ ก้านของหัวจี้สามารถหมุนได้ ๓๖๐ องศา สะดวกในการปรับมุม และ ตำแหน่งการจับในขณะที่ผ่าตัด
- ๔.๗ หัวจี้ตัดมีด้ามยาวตั้งแต่ ๑๔ ซม. ถึง ๓๕ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางไม่มากกว่า ๕ มม. ใช้กับการจี้และตัดแบบเปิดทั่วไป (Open Surgery) และผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic Surgery)

ที่	ความยาว	จำนวน (ชิ้น)
๑	หัวจี้ตัดมีด้ามยาวไม่มากกว่า ๑๔ ซม.	๑๘
๒	หัวจี้ตัดมีด้ามยาวไม่มากกว่า ๒๕ ซม.	๒๔
๓	หัวจี้ตัดมีด้ามยาวไม่มากกว่า ๓๕ ซม.	๑๘

กลุ่มที่ ๒ วัสดุหัวจี้ตัดสมารท์ไบโพลาร์ แบบกรรไกรโค้งปากใหญ่ สำหรับการผ่าตัดแบบเปิด

๑. ความต้องการ วัสดุหัวจี้ตัดสมารท์ไบโพลาร์ แบบกรรไกรโค้งปากใหญ่ สำหรับการผ่าตัดแบบเปิด จำนวน ๑ รายการ
๒. วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับจี้และตัดเนื้อเยื่อโดยใช้ประกอบกับเครื่องจี้ตัดความถี่สูง เพื่อห้ามเลือดขณะทำงาน ในการผ่าตัดแบบเปิดทั่วไป (Open Surgery)
๓. คุณลักษณะทั่วไป
  - ๓.๑ ใช้สำหรับจี้ ตัดเนื้อเยื่อ และห้ามเลือดในการผ่าตัดแบบเปิดทั่วไป (Open Surgery)
  - ๓.๒ ผ่านการฆ่าเชื้อพร้อมวิธีการฆ่าเชื้อ ระบุวันหมดอายุไว้ชัดเจน ทั้งบนซองแต่ละซอง และกล่องบรรจุ
  - ๓.๓ มีการบรรจุ หรือหีบห่ออย่างมิดชิด ป้องกันอากาศหรือความชื้นเข้าได้ ถ้ามีปัญหาก่อนใช้งาน เช่น ห่อ บรรจุ ชำรุดเสียหาย เครื่องมือใช้งานไม่ได้ บริษัทยินดีเปลี่ยนให้ใหม่
  - ๓.๔ ซองบรรจุชั้นนอกสามารถเปิดใช้ได้ด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อที่ง่ายสะดวก มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคน้อยที่สุด
๔. คุณลักษณะเฉพาะ
  - ๔.๑ ปากเครื่องมือ (jaw) มีขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ มม. กว้างไม่มากกว่า ๖ มม.
  - ๔.๒ ความยาวด้ามจากปลายปากเครื่องมือถึงจุดหมุนปากเครื่องมือ ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่มากกว่า ๑๓ มม.
  - ๔.๓ หัวจี้ตัดประกอบด้วยปุ่มควบคุมการทำงาน ดังนี้
    - ๔.๓.๑ Seal : สำหรับจี้ปิดเส้นเลือดขนาดสูงสุด ๗ มม.
    - ๔.๓.๒ Cut : สำหรับตัดเนื้อเยื่อ
  - ๔.๔ ก้านของหัวจี้สามารถหมุนได้ ๓๖๐ องศา สะดวกในการปรับมุม และ ตำแหน่งการจับในขณะที่ผ่าตัด
  - ๔.๕ สายไฟของหัวจี้ตัดเป็นชิ้นเดียวตลอดโดยปลายของสายต่อสามารถต่อเข้ากับตัวเครื่อง Generator ได้
  - ๔.๖ สายไฟของหัวจี้ตัดยาวไม่มากกว่า ๓ เมตร
  - ๔.๗ แพทย์สามารถกดปุ่มควบคุมการทำงานของหัวจี้ตัดได้ทั้งมือ (Hand Activate) และเท้า (Footswitch)

ที่	ความยาว	จำนวน (ชิ้น)
๑	หัวจี้ตัดปากใหญ่ ด้ามยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางไม่มากกว่า ๑๓ มม.	๕๔

กลุ่มที่ ๓ วัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ชนิดปลายปากมน  
สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องและผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง

๑. ความต้องการ วัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ชนิดปลายปากมน สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องและผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง จำนวน ๒ รายการ
๒. วัตถุประสงค์ ใช้ในการเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยพลังงานของเครื่องจี้ไฟฟ้าชนิดคลื่นความถี่วิทยุ สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องและผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง

๓. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ เป็นอุปกรณ์เครื่องมือชนิดที่ใช้ครั้งเดียว (Single Use)
- ๓.๒ ผ่านการฆ่าเชื้อพร้อมระบุวิธีการฆ่าเชื้อ ระบุวันหมดอายุไว้ชัดเจน ทั้งบนซองแต่ละซอง และกล่องบรรจุ
- ๓.๓ มีการบรรจุ หรือหีบห่ออย่างมิดชิด ป้องกันอากาศหรือความชื้นเข้าได้ ถ้ามีปัญหาก่อนใช้งาน เช่น ห่อ บรรจุชำรุดเสียหาย เครื่องมือใช้งานไม่ได้ บริษัทยินดีเปลี่ยนให้ใหม่
- ๓.๔ ซองบรรจุชั้นนอกสามารถเปิดใช้ได้ด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อที่ง่ายสะดวก มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคน้อยที่สุด

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๔.๑ ใช้ได้กับเครื่องจี้ไฟฟ้าชนิดคลื่นความถี่วิทยุ และเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อ
- ๔.๒ ใช้สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องและผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง
- ๔.๓ ลักษณะของปากของอุปกรณ์เครื่องมือเป็นแบบปากตรงปลายปากมน (Blunt) และ ผิวปากอุปกรณ์เครื่องมือไม่เรียบทำให้การจับหลอดเลือดและเนื้อเยื่อไม่ลื่นหลุดง่าย
- ๔.๔ ด้ามจับ มีส่วนที่สอดมือเพื่อควบคุมการจับหรือคลายหลอดเลือดและเนื้อเยื่อก่อนการปล่อยพลังงาน โดยลักษณะในการถืออุปกรณ์เครื่องมือถือในลักษณะคล้ายการถือปืน
- ๔.๕ มีปุ่มควบคุมการปล่อยพลังงานในการเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อได้ด้วยมือและเท้า
- ๔.๖ มีปุ่มควบคุมใบมีดเพื่อใช้ในการตัดเนื้อเยื่ออยู่ที่ด้ามจับ โดยการควบคุมใบมีดนั้นจะทำการตัดหรือไม่ตัดก็ได้
- ๔.๗ ในการเชื่อมปิดหลอดเลือดได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๗ มิลลิเมตร
- ๔.๘ มีความยาวปากไม่น้อยกว่า ๑๙ มิลลิเมตร ใบมีดตัดไม่น้อยกว่า ๑๗ มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางไม่มากกว่า ๕ มิลลิเมตร

ที่	ความยาวด้าม	แกนอุปกรณ์ปรับหมุน	จำนวน
๑	ไม่น้อยกว่า ๓๕ ซม.	ไม่มากกว่า ๑๘๐ องศา	๖๐ ชิ้น
๒	ไม่มากกว่า ๒๕ ซม.	ไม่มากกว่า ๑๘๐ องศา	๖๐ ชิ้น



กลุ่มที่ ๔ วัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าชนิดปลายปากโค้ง  
สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง และผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง

๑. ความต้องการ วัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าชนิดปลายปากโค้ง สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง และผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง จำนวน ๒ รายการ
๒. วัตถุประสงค์ ใช้ในการเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยพลังงานของเครื่องจี้ไฟฟ้าชนิดคลื่นความถี่วิทยุ สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องและผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง

๓. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ เป็นอุปกรณ์เครื่องมือชนิดที่ใช้ครั้งเดียว (Single Use)
- ๓.๒ ผ่านการฆ่าเชื้อพร้อมระบบวิธีฆ่าเชื้อ ระบุวันหมดอายุไว้ชัดเจน ทั้งบนซองแต่ละซองและกล่องบรรจุ
- ๓.๓ มีการบรรจุหรือหีบห่ออย่างมิดชิด ป้องกันอากาศหรือความชื้นเข้าได้ ถ้ามีปัญหาก่อนใช้งาน เช่น ห่อบรรจุชำรุด เสียหาย เครื่องมือใช้งานไม่ได้ บริษัทยินดีเปลี่ยนให้ใหม่
- ๓.๔ ซองบรรจุชั้นนอกสามารถเปิดใช้ได้ด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อที่ง่ายและสะดวก มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคน้อยที่สุด

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๔.๑ ใช้ได้กับเครื่องจี้ไฟฟ้าชนิดคลื่นความถี่วิทยุ และเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อ
- ๔.๒ ใช้สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องและผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง
- ๔.๓ ลักษณะของปากของอุปกรณ์เครื่องมือเป็นแบบปากแนวโค้งและเรียว (Maryland) และ ผิวนอกอุปกรณ์เครื่องมือไม่เรียบทำให้การจับหลอดเลือดและเนื้อเยื่อไม่ลื่นหลุดง่าย
- ๔.๔ ด้ามจับ มีส่วนที่สอดมือเพื่อควบคุมการจับหรือคลายหลอดเลือดและเนื้อเยื่อก่อนการปล่อยพลังงาน โดยลักษณะในการถืออุปกรณ์เครื่องมือถือในลักษณะคล้ายการถือปืน
- ๔.๕ มีปุ่มควบคุมการปล่อยพลังงานในการเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อได้ด้วยมือและเท้า
- ๔.๖ มีปุ่มควบคุมใบมีดเพื่อใช้ในการตัดเนื้อเยื่ออยู่ที่ด้ามจับ โดยการควบคุมใบมีดนั้นจะทำการตัดหรือไม่ตัดก็ได้
- ๔.๗ ในการเชื่อมปิดหลอดเลือดได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๗ มิลลิเมตร
- ๔.๘ มีความยาวปากไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร ใบมีดตัดไม่น้อยกว่า ๑๘ มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางไม่มากกว่า ๕ มิลลิเมตร

ที่	ความยาวด้าม	แกนอุปกรณ์ปรับหมุน	จำนวน
๑	ไม่น้อยกว่า ๓๕ ซม.	ไม่มากกว่า ๓๕๐ องศา	๖๐ ชิ้น
๒	ไม่มากกว่า ๒๕ ซม.	ไม่มากกว่า ๓๕๐ องศา	๖๐ ชิ้น

กลุ่มที่ ๕ วัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ปากขนาดใหญ่ สำหรับการผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง

๑. ความต้องการ วัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ปากขนาดใหญ่ สำหรับการผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง จำนวน ๑ รายการ
๒. วัตถุประสงค์ ใช้ในการเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยพลังงานของเครื่องจีไฟฟ้าชนิดคลื่นความถี่วิทยุ สำหรับการผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง

๓. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ เป็นอุปกรณ์เครื่องมือชนิดที่ใช้ครั้งเดียว (Single Use)
- ๓.๒ ผ่านการฆ่าเชื้อพร้อมวิธีฆ่าเชื้อ ระบุวันหมดอายุไว้ชัดเจน ทั้งบนซองแต่ละซองและกล่องบรรจุ
- ๓.๓ มีการบรรจุหรือหีบห่ออย่างมิดชิด ป้องกันอากาศหรือความชื้นเข้าได้ ถ้ามีปัญหาการใช้งาน เช่น ห่อบรรจุชำรุด เสียหาย เครื่องมือใช้งานไม่ได้ บริษัทยินดีเปลี่ยนให้ใหม่
- ๓.๔ ซองบรรจุชั้นนอกสามารถเปิดใช้ได้ด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อที่ง่ายและสะดวก มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคน้อยที่สุด

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๔.๑ ใช้ได้กับเครื่องจีไฟฟ้าชนิดคลื่นความถี่วิทยุ และเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อ
- ๔.๒ ใช้สำหรับการผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง
- ๔.๓ ลักษณะของปากของอุปกรณ์เครื่องมือเป็นแบบปากขนาดใหญ่ และปากมีความโค้งไม่น้อยกว่า ๑๔ องศา
- ๔.๔ ด้ามจับ มีส่วนที่สอดมือเพื่อควบคุมการจับหรือคลายหลอดเลือดและเนื้อเยื่อก่อนการปล่อยพลังงาน โดยลักษณะในการถืออุปกรณ์เครื่องมือถือในลักษณะคล้ายการถือปืน
- ๔.๕ มีปุ่มควบคุมการปล่อยพลังงานในการเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อได้ด้วยมือและเท้า
- ๔.๖ มีปุ่มควบคุมใบมีดเพื่อใช้ในการตัดเนื้อเยื่ออยู่ที่ด้ามจับ โดยการควบคุมใบมีดนั้นจะทำการตัดหรือไม่ตัดก็ได้
- ๔.๗ ในการเชื่อมปิดหลอดเลือดได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๗ มิลลิเมตร
- ๔.๘ มีความยาวปากไม่น้อยกว่า ๓๖ มิลลิเมตร ใบมีดตัดไม่น้อยกว่า ๓๔ มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๓ มิลลิเมตร

ที่	ความยาวด้าม	แกนอุปกรณ์ปรับหมุน	จำนวน
๑	ไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม.	ไม่มากกว่า ๑๘๐ องศา	๖๐ ชิ้น

กลุ่มที่ ๖ วัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ปากขนาดเล็ก สำหรับการผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง

๑. ความต้องการ วัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ปากขนาดเล็ก สำหรับการผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง จำนวน ๑ รายการ
๒. วัตถุประสงค์ ใช้ในการเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยพลังงานของเครื่องจีไฟฟ้าชนิดคลื่นความถี่วิทยุ สำหรับการผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง ในบริเวณที่เล็กและแคบ

๓. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ เป็นอุปกรณ์เครื่องมือชนิดที่ใช้ครั้งเดียว (Single Use)
- ๓.๒ ผ่านการฆ่าเชื้อพร้อมวิธีฆ่าเชื้อ ระบุวันหมดอายุไว้ชัดเจน ทั้งบนซองแต่ละซองและกล่องบรรจุ
- ๓.๓ มีการบรรจุหรือหีบห่ออย่างมิดชิด ป้องกันอากาศหรือความชื้นเข้าได้ ถ้ามีปัญหาก่อนใช้งาน เช่น ห่อบรรจุชำรุด เสียหาย เครื่องมือใช้งานได้ บริษัทยินดีเปลี่ยนให้ใหม่
- ๓.๔ ซองบรรจุชั้นนอกสามารถเปิดใช้ได้ด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อที่ง่ายและสะดวก มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคน้อยที่สุด

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๔.๑ ใช้ได้กับเครื่องจีไฟฟ้าชนิดคลื่นความถี่วิทยุ และเชื่อมปิดหลอดเลือด
- ๔.๒ ใช้สำหรับการผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง
- ๔.๓ ลักษณะของปากของอุปกรณ์เครื่องมือมีขนาดเล็ก ใช้เชื่อมปิดหลอดเลือดที่อยู่บริเวณแคบเข้าถึงยาก และปากมีความโค้งไม่น้อยกว่า ๒๘ องศา
- ๔.๔ ด้ามจับ มีส่วนที่สอดมือเพื่อควบคุมการจับหรือคลายหลอดเลือดและเนื้อเยื่อก่อนการปล่อยพลังงาน โดยลักษณะในการถืออุปกรณ์เครื่องมือถือในลักษณะคล้ายการถือกรรไกร
- ๔.๕ มีปุ่มควบคุมการปล่อยพลังงานในการเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อได้ด้วยมือและเท้า
- ๔.๖ มีปุ่มควบคุมใบมีดเพื่อใช้ในการตัดเนื้อเยื่ออยู่ที่ด้ามจับ โดยการควบคุมใบมีดนั้นจะทำการตัดหรือไม่ตัดก็ได้
- ๔.๗ ในการเชื่อมปิดหลอดเลือดได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๗ มิลลิเมตร
- ๔.๘ มีความยาวปากไม่น้อยกว่า ๑๖ มิลลิเมตร ใบมีดตัดไม่น้อยกว่า ๑๔ มิลลิเมตร

ที่	ความยาวด้าม	จำนวน
๑	ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร	๖๐ ชิ้น

๕. เงื่อนไขเฉพาะทุกกลุ่ม

- ๕.๑ ต้องยื่นราคา ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง
- ๕.๒ ยื่นตัวอย่างรายการละ ๑ ชิ้น เพื่อทำการประเมินผลการใช้งาน เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน
- ๕.๓ การพิจารณาราคา พิจารณาแต่ละกลุ่ม
- ๕.๔ อายุการใช้งานต้องไม่ต่ำกว่า ๓ ปี นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า
- ๕.๕ ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ ไม่จำกัดปริมาณ

๕.๖ ส่งมอบตามความต้องการของโรงพยาบาล

๕.๗ ต้องมีหนังสือแสดงว่าเป็นตัวแทนจำหน่าย

๕.๘ มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

โดยแนบเอกสารพร้อมเอกสารยื่นข้อเสนอ

๕.๙ สามารถเปลี่ยนสินค้าได้

๖. เกณฑ์การพิจารณา

๖.๑ ใช้เกณฑ์ราคา

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลาง

ลงชื่อ..... *สม งาม* ..... ประธานกรรมการ

(แพทย์หญิงอรุณญา ยนต์พันธ์)

ลงชื่อ..... *ณัฐ* ..... กรรมการ

(นางสาวณิชรา สงหนู)

ลงชื่อ..... *วิมล อัครนันท* ..... กรรมการ

(นายพิษณุ ละครอนันต์)

ผู้รับรองรายละเอียด

ใบเสนอราคา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....โดย.....  
(ชื่อบริษัท,ห้าง,ร้าน) (นาย,นาง,นางสาว)

เจ้าของ/กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ เลขทะเบียนการค้าที่.....  
สำนักงานตั้งอยู่.....ถนน.....ตำบล.....  
อำเภอ.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....  
ได้ทราบเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกวดราคาของโรงพยาบาลราชวิถี ฉบับลงวันที่.....  
เดือน.....พ.ศ.....แล้ว จึงขอเสนอราคา ดังนี้-

ลำดับ ที่	รายการ วัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ กลุ่ม	จำนวน	ราคาสินค้า ต่อหน่วยรวม ภาษี	ราคาสินค้า ทั้งหมดรวม ภาษี	ยี่ห้อ/ ผลิตภัณฑ์ ประเทศ
	กลุ่มที่ ๑ วัสดุหัวจี้ตัดสมาร์ทไปโพลาร์ แบบกรรไกรโค้ง สำหรับการผ่าตัดแบบเปิด และผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic Surgery) จำนวน ๓ รายการ				
๑.	หัวจี้ตัดมีด้ามยาวไม่มากกว่า ๑๔ ซม.	๑๘ ชิ้น			
๒.	หัวจี้ตัดมีด้ามยาวไม่มากกว่า ๒๕ ซม.	๒๔ ชิ้น			
๓.	หัวจี้ตัดมีด้ามยาวไม่มากกว่า ๓๕ ซม.	๑๘ ชิ้น			
	(.....)				

หมายเหตุ ราคาสินค้า เป็นเงิน.....บาท (.....)  
ภาษี ๗ % เป็นเงิน.....บาท (.....)

ราคาดังกล่าวนี้จะยืนอยู่.....๙๐.....วัน และข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะส่งมอบสิ่งของดังกล่าวข้างต้น  
ตามสัญญา ได้ภายใน.....๑๕๐.....วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันทำสัญญา โดยส่งมอบเป็นงวดตามความต้องการของ  
โรงพยาบาล ภายใน.....๕.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ส่งพัสดุจากหน่วยงาน และขอรับประกัน  
คุณภาพของเป็นเวลาไม่น้อยกว่า.....๑.....ปี นับแต่วันที่ส่งมอบเสร็จเรียบร้อยเป็นต้นไป หากเกิดการขัดข้องด้วยประการ  
ใด เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ข้าพเจ้ารับดำเนินการให้ใช้การได้ภายในกำหนด ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หาก  
มีการแก้ไขถึง ๒ ครั้ง แล้วยังใช้ไม่ได้ตามปกติ ข้าพเจ้าจะนำของมาเปลี่ยนให้ใหม่ โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆ

อนึ่ง ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า คณะกรรมการมีสิทธิจะงดซื้อหรือเลือกซื้อ ลดหรือเพิ่มจำนวนซื้อตาม  
ชอบโดยไม่จำเป็นต้องซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดรายเดียวเสมอไป

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

เจ้าของหรือผู้จัดการ  
ประทับตราด้วย (ถ้ามี)

ใบเสนอราคา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....โดย.....  
(ชื่อบริษัท,ห้าง,ร้าน) (นาย,นาง,นางสาว)

เจ้าของ/กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ เลขทะเบียนการค้าที่.....  
สำนักงานตั้งอยู่.....ถนน.....ตำบล.....  
อำเภอ.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....  
ได้ทราบเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกวดราคาของโรงพยาบาลราชวิถี ฉบับลงวันที่.....  
เดือน.....พ.ศ.....แล้ว จึงขอเสนอราคา ดังนี้-

ลำดับ ที่	รายการ วัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๖ กลุ่ม	จำนวน	ราคาสินค้า ต่อหน่วยรวม ภาษี	ราคาสินค้า ทั้งหมดรวม ภาษี	ยี่ห้อ/ ผลิตภัณฑ์ ประเทศ
	กลุ่มที่ ๒ วัสดุหัวจี้ตัดสมาร์ทไบโพลาร์ แบบกรรไกรโค้ง ปากใหญ่ สำหรับการผ่าตัดแบบเปิด จำนวน ๑ รายการ				
๑.	หัวจี้ตัดปากใหญ่ ด้ามยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่มากกว่า ๑๓ ซม.	๕๕ ชิ้น			
	(.....)				

หมายเหตุ ราคาสินค้า เป็นเงิน.....บาท (.....)

ภาษี ๗ % เป็นเงิน.....บาท (.....)

ราคาดังกล่าวนี้จะยืนยันอยู่.....๙๐.....วัน และข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะส่งมอบสิ่งของดังกล่าวข้างต้น  
ตามสัญญา ได้ภายใน ๑๘๐.....วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ทำสัญญา โดยส่งมอบเป็นงวดตามความต้องการของ  
โรงพยาบาล ภายใน ๕.....วัน.....นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ส่งพัสดุจากหน่วยงาน และขอรับประกัน  
คุณภาพของเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑.....ปี นับแต่วันที่ส่งมอบเสร็จเรียบร้อยเป็นต้นไป หากเกิดการขัดข้องด้วยประการ  
ใด เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ข้าพเจ้ารับดำเนินการให้ใช้การได้ภายในกำหนด ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หาก  
มีการแก้ไขถึง ๒ ครั้ง แล้วยังใช้ไม่ได้ตามปกติ ข้าพเจ้าจะนำของมาเปลี่ยนให้ใหม่ โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆ

อนึ่ง ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า คณะกรรมการมีสิทธิจะงัดซื้อหรือเลือกซื้อ ลดหรือเพิ่มจำนวนซื้อตาม  
ชอบโดยไม่จำเป็นต้องซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดรายเดียวเสมอไป

(ลงชื่อ)..... ผู้เสนอราคา

เจ้าของหรือผู้จัดการ  
ประทับตราด้วย (ถ้ามี)

ใบเสนอราคา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....โดย.....  
(ชื่อบริษัท,ห้าง,ร้าน) (นาย,นาง,นางสาว)

เจ้าของ/กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ เลขทะเบียนการค้าที่.....  
สำนักงานตั้งอยู่.....ถนน.....ตำบล.....  
อำเภอ.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....  
ได้ทราบเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกวดราคาของโรงพยาบาลราชวิถี ฉบับลงวันที่.....  
เดือน.....พ.ศ.....แล้ว จึงขอเสนอราคา ดังนี้-

ลำดับ ที่	รายการ วัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ กลุ่ม	จำนวน	ราคาสินค้า ต่อหน่วยรวม ภาษี	ราคาสินค้า ทั้งหมดรวม ภาษี	ยี่ห้อ/ ผลิตภัณฑ์ ประเทศ
	กลุ่มที่ ๓ วัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ชนิดปลายปากกมน สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง และผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง จำนวน ๒ รายการ				
๑.	ความยาวด้าม ไม่น้อยกว่า ๓๕ ซม. แกนอุปกรณ์ปรับหมุน ไม่มากกว่า ๑๘๐ องศา	๖๐ ชิ้น			
๒.	ความยาวด้าม ไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม. แกนอุปกรณ์ปรับหมุน ไม่มากกว่า ๑๘๐ องศา	๖๐ ชิ้น			
	(.....)				

หมายเหตุ ราคาสินค้า เป็นเงิน.....บาท (.....)  
ภาษี ๗ % เป็นเงิน.....บาท (.....)

ราคาดังกล่าวนี้จะยืนอยู่.....๙๐.....วัน และข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะส่งมอบสิ่งของดังกล่าวข้างต้นตามสัญญา ได้ภายใน.....๑๕๐.....วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำสัญญา โดยส่งมอบเป็นงวดตามความต้องการของโรงพยาบาล ภายใน.....๕.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ส่งพัสดุจากหน่วยงาน และขอรับประกันคุณภาพของเป็นเวลาไม่น้อยกว่า.....๑.....ปี นับแต่วันที่ส่งมอบเสร็จเรียบร้อยเป็นต้นไป หากเกิดการขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ข้าพเจ้ารับดำเนินการให้ใช้การได้ภายในกำหนด ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากมีการแก้ไขถึง ๒ ครั้ง แล้วยังใช้ไม่ได้ตามปกติ ข้าพเจ้าจะนำของมาเปลี่ยนให้ใหม่ โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆ

อนึ่ง ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า คณะกรรมการมีสิทธิจะงดซื้อหรือเลือกซื้อ ลดหรือเพิ่มจำนวนซื้อตามชอบโดยไม่จำเป็นต้องซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดรายเดียวเสมอไป

(ลงชื่อ)..... ผู้เสนอราคา  
เจ้าของหรือผู้จัดการ  
ประทับตราด้วย (ถ้ามี)

ใบเสนอราคา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....โดย.....  
(ชื่อบริษัท,ห้าง,ร้าน) (นาย,นาง,นางสาว)

เจ้าของ/กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ เลขทะเบียนการค้าที่.....  
สำนักงานตั้งอยู่.....ถนน.....ตำบล.....  
อำเภอ.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....  
ได้ทราบเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกวดราคาของโรงพยาบาลราชวิถี ฉบับลงวันที่.....  
เดือน.....พ.ศ.....แล้ว จึงขอเสนอราคา ดังนี้-

ลำดับ ที่	รายการ วัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ กลุ่ม ,	จำนวน	ราคาสินค้า ต่อหน่วยรวม ภาษี	ราคาสินค้า ทั้งหมดรวม ภาษี	ยี่ห้อ/ ผลิตภัณฑ์ ประเทศ
	กลุ่มที่ ๔ วัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าชนิดปลายปากโค้ง สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องและผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง จำนวน ๒ รายการ ,				
๑.	ความยาวด้าม ไม่น้อยกว่า ๓๕ ซม. แกนอุปกรณ์ปรับหมุน ไม่มากกว่า ๓๕๐ องศา	๖๐ ชิ้น			
๒.	ความยาวด้าม ไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม. แกนอุปกรณ์ปรับหมุน ไม่มากกว่า ๓๕๐ องศา	๖๐ ชิ้น			
	(.....)				

หมายเหตุ ราคาสินค้า เป็นเงิน.....บาท (.....)  
ภาษี ๗ % เป็นเงิน.....บาท (.....)

ราคาดังกล่าวนี้จะยืนอยู่.....๙๐.....วัน และข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะส่งมอบสิ่งของดังกล่าวข้างต้นตามสัญญา ได้ภายใน.....๑๕๐.....วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำสัญญา โดยส่งมอบเป็นงวดตามความต้องการของโรงพยาบาล ภายใน.....๕.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ส่งพัสดุจากหน่วยงาน และขอรับประกันคุณภาพของเป็นเวลาไม่น้อยกว่า.....๑.....ปี นับแต่วันที่ส่งมอบเสร็จเรียบร้อยเป็นต้นไป หากเกิดการขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ข้าพเจ้ารับดำเนินการให้ใช้การได้ภายในกำหนด ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากมีการแก้ไขถึง ๒ ครั้ง แล้วยังใช้ไม่ได้ตามปกติ ข้าพเจ้าจะนำของมาเปลี่ยนให้ใหม่ โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆ

อนึ่ง ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า คณะกรรมการมีสิทธิจะงดซื้อหรือเลือกซื้อ ลดหรือเพิ่มจำนวนซื้อตามชอบโดยไม่จำเป็นต้องซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดรายเดียวเสมอไป

(ลงชื่อ)..... ผู้เสนอราคา

เจ้าของหรือผู้จัดการ  
ประทับตราด้วย (ถ้ามี)



ใบเสนอราคา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....โดย.....  
(ชื่อบริษัท,ห้าง,ร้าน) (นาย,นาง,นางสาว)

เจ้าของ/กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ เลขทะเบียนการค้าที่.....  
สำนักงานตั้งอยู่.....ถนน.....ตำบล.....  
อำเภอ.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....  
ได้ทราบเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกวดราคาของโรงพยาบาลราชวิถี ฉบับลงวันที่.....  
เดือน.....พ.ศ.....แล้ว จึงขอเสนอราคา ดังนี้-

ลำดับ ที่	รายการ วัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ กลุ่ม	จำนวน	ราคาสินค้า ต่อหน่วยรวม ภาษี	ราคาสินค้า ทั้งหมดรวม ภาษี	ยี่ห้อ/ ผลิตภัณฑ์ ประเทศ
	กลุ่มที่ ๕ วัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ปากขนาดใหญ่ สำหรับการผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง จำนวน ๑ รายการ				
๑.	ความยาวด้าม ไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. แกนอุปกรณ์ปรับหมุน ไม่มากกว่า ๑๘๐ องศา	๖๐ ชิ้น			
	(.....)				

หมายเหตุ ราคาสินค้า เป็นเงิน.....บาท (.....)  
ภาษี ๗ % เป็นเงิน.....บาท (.....)

ราคาดังกล่าวนี้จะยืนอยู่.....๙๐.....วัน และข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะส่งมอบสิ่งของดังกล่าวข้างต้นตามสัญญา ได้ภายใน.....๑๕๐.....วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ทำสัญญา โดยส่งมอบเป็นงวดตามความต้องการของโรงพยาบาล ภายใน.....๕.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ส่งพัสดุจากหน่วยงาน และขอรับประกันคุณภาพของเป็นเวลาไม่น้อยกว่า.....๑.....ปี นับแต่วันที่ส่งมอบเสร็จเรียบร้อยเป็นต้นไป หากเกิดการขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ข้าพเจ้ารับดำเนินการให้ใช้การได้ภายในกำหนด ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากมีการแก้ไขถึง ๒ ครั้ง แล้วยังไม่ได้ตามปกติ ข้าพเจ้าจะนำของมาเปลี่ยนให้ใหม่ โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆ

อนึ่ง ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า คณะกรรมการมีสิทธิจะงดซื้อหรือเลือกซื้อ ลดหรือเพิ่มจำนวนซื้อตามชอบโดยไม่จำเป็นต้องซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดรายเดียวเสมอไป

(ลงชื่อ)..... ผู้เสนอราคา  
เจ้าของหรือผู้จัดการ  
ประทับตราด้วย (ถ้ามี)

ใบเสนอราคา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....โดย.....  
(ชื่อบริษัท,ห้าง,ร้าน) (นาย,นาง,นางสาว)

เจ้าของ/กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ เลขทะเบียนการค้าที่.....  
สำนักงานตั้งอยู่.....ถนน.....ตำบล.....  
อำเภอ.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....  
ได้ทราบเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกวดราคาของโรงพยาบาลราชวิถี ฉบับลงวันที่.....  
เดือน.....พ.ศ.....แล้ว จึงขอเสนอราคา ดังนี้-

ลำดับ ที่	รายการ วัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ กลุ่ม	จำนวน	ราคาสินค้า ต่อหน่วยรวม ภาษี	ราคาสินค้า ทั้งหมดรวม ภาษี	ยี่ห้อ/ ผลิตภัณฑ์ ประเทศ
	กลุ่มที่ ๖ วัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ปากขนาดเล็ก สำหรับการผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง จำนวน ๑ รายการ				
๑.	ความยาวด้าม ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร	๖๐ ชิ้น			
	(.....)				

หมายเหตุ ราคาสินค้า เป็นเงิน.....บาท (.....)  
ภาษี ๗ % เป็นเงิน.....บาท (.....)

ราคาดังกล่าวนี้จะยืนอยู่.....๙๐.....วัน และข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะส่งมอบสิ่งของดังกล่าวข้างต้นตามสัญญา ได้ภายใน.....๑๕๐.....วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำสัญญา โดยส่งมอบเป็นงวดตามความต้องการของโรงพยาบาล ภายใน.....๕.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ส่งพัสดุจากหน่วยงาน และขอรับประกันคุณภาพของเป็นเวลาไม่น้อยกว่า.....๑.....ปี นับแต่วันที่ส่งมอบเสร็จเรียบร้อยเป็นต้นไป หากเกิดการขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ข้าพเจ้ารีบดำเนินการให้ใช้การได้ภายในกำหนด ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากมีการแก้ไขถึง ๒ ครั้งแล้วยังใช้ไม่ได้ตามปกติ ข้าพเจ้านำของมาเปลี่ยนให้ใหม่ โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆ

อนึ่ง ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า คณะกรรมการมีสิทธิจะดซื้อหรือเลือกซื้อ ลดหรือเพิ่มจำนวนซื้อตามชอบโดยไม่จำเป็นต้องซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดรายเดียวเสมอไป

(ลงชื่อ)..... ผู้เสนอราคา

เจ้าของหรือผู้จัดการ  
ประทับตราด้วย (ถ้ามี)